

采购需求

一、采购清单

序号	名称	数量	单位
1	大理石工作台	2	套
2	带水池工作台	2	套
3	工作台吊柜	2	套
4	洗手池吊柜	2	套

二、项目概述

口腔科开展 2 个新诊室，特申请采购新配套医生操作台

三、技术参数要求

1.采购货物需实现的功能或者目标：

序号	名称	数量	规格型号	技术参数要求
1	大理石工作台	2	长：4000mm 宽：760mm 高：750mm	1.主体： （1）柜体采用电解镀锌钢板为框架结构，钢板厚度$\geq 1.0\text{mm}$,内置活动层板，层板高度可根据院方需求和摆放器具大小设置。主体框架另加承重钢板及内衬结构，保证足够的承重强度，低噪音，表面防锈、防酸、防碱、防静电、耐腐蚀，抗老化。框架结构设计可按照临床需求进行多种组合。 （2）柜体下方的踢脚板和柜体为一体，耐腐蚀调节脚。 （3）表面经喷塑处理，可按照临床需求进行调色。 2.台面： （1）选用基材为人造大理石，表面为封闭胶衣树脂仿瓷处理。 （2）台面需设计有 40mm 后挡水，为保证台面的牢固性和平整度，台面下方增加两条宽 40mm，厚 5mm 的加强筋，与台面齐长，台面整体厚度是 12mm，前沿下挂 28mm。边缘加厚并作弧形处理,一体成型台面，无接缝，具备防渗透着色功能，方便表面清洁。 3.抽屉轨道 （1）选用带阻尼三级托底轨道，具有隐藏式、静音、自动复位功能。 4.铰链开关

				(1) 选用 SUS304 抛光不锈钢材质，永不生锈。铰链与柜体面水平角度$<15^{\circ}$ 时，柜门即可自行关闭，阻尼闭合，无碰撞。开启角度大于110°，附防滑落安全装置。 5.抽屉搁盘：考虑到口腔科各科室材料规格不一、尺寸各异的特点，并且根据临床专业的要求，分隔盘中插排可任意调整，满足正畸科和修复科、牙体牙髓科、外科、牙周科、VIP 等各科室的专用器具摆放要求，并可取出清洗和消毒。采用 ABS 板材，提供多种规格可供选择。 6.拉手：拉手为欧式氧化铝材质，可提供多种把手颜色作为用户的个性化选择。
2	带水池工作台		长：1500mm 宽：760mm 高：750mm	1.主体： (1) 柜体采用电解镀锌钢板为框架结构，钢板厚度$\geq 1.0\text{mm}$，内置活动层板，层板高度可根据院方需求和摆放器具大小设置。主体框架另加承重钢板及内衬结构，保证足够的承重强度，低噪音，表面防锈、防酸、防碱、防静电、耐腐蚀，抗老化。框架结构设计可按照临床需求进行多种组合。 (2) 柜体下方的踢脚板和柜体为一体，耐腐蚀调节脚。 (3) 表面经喷塑处理，可按照临床需求进行调色。 2.台面： (1) 选用基材为人造大理石，表面为封闭胶衣树脂仿瓷处理。 (2) 台面需设计有 40mm 后挡水，为保证台面的牢固性和平整度，台面下方增加两条宽 40mm，厚 5mm 的加强筋，与台面齐长，台面整体厚度是 12mm，前沿下挂 28mm，为防止洗手水溅出后外流污染台面，设计为沉降式水池，沉降区规格为：长 665mm 宽 440mm 高 1mm，洗手盆规格为长 430mm 宽 305mm。边缘加厚并作弧形处理，水槽和胶衣树脂为一体成型台面，无接缝，具备防渗透着色功能，方便表面清洁。 3.抽屉轨道 (1) 选用带阻尼三级托底轨道，具有隐藏式、静音、自动复位功能。 4.铰链开关 (1) 选用 SUS304 抛光不锈钢材质，永不生锈。铰链与柜体面水平角度$<15^{\circ}$ 时，柜门即可自行关闭，阻尼闭合，无碰撞。开启角度大于110°，附防滑落安全装置。 5.抽屉搁盘：考虑到口腔科各科室材料规格不一、尺寸各异的特点，并且根据临床专业的要求，分隔盘中插排可任意调整，满足正畸科和修复科、牙体牙髓科、外科、牙周科、VIP 等各科室的专用器具摆放要求，并可取出清洗和消毒。采用 ABS 板材，提供多种规格可供选择。 6.洗手及用水设施

				(1) 水龙头选用优质全铜品牌水龙头（可肘开设计），水龙头表面采用镀铬处理。 (2) 电子脚控式出水（满足院感要求），脚控装置采用 DELIXI 双控 2 个独立电磁阀，可热水与冷水交换出水，可根据牙科印模材需要的水量大小来调试。 7.生活垃圾桶：隐蔽于洗手盆下方，垃圾桶尺寸大小与水池柜内径大小一致，垃圾桶柜门关闭的同时，盖板关闭，避免垃圾掉落至垃圾桶外，难于清理，投放口采用脚控失电开关，斜开式开门，无易损配件，使用寿命更长。操作方便，避免二次污染，合页采用滚珠合页，可自由开合 1 万次以上，气撑采用液压缓冲气撑，内配生活垃圾桶。 8.拉手：拉手为欧式氧化铝材质，可提供多种把手颜色作为用户的个性化选择。
3	工作台吊柜		长：4000mm 宽：300mm 高：300mm	1.主体： (1) 柜体采用电解镀锌钢板为框架结构，钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$，主体框架另加承重钢板及内衬结构，保证足够的承重强度，低噪音，表面防锈、防酸、防碱、防静电、耐腐蚀，抗老化。 (2) 表面经喷塑处理，可按照临床需求进行调色。 2.铰链开关 (1) 选用 SUS304 抛光不锈钢材质，永不生锈。铰链与柜体面水平角度 $< 15^\circ$ 时，柜门即可自行关闭，阻尼闭合，无碰撞。开启角度大于 110°，附防滑落安全装置。 3.拉手：拉手为欧式氧化铝材质，可提供多种把手颜色作为用户的个性化选择。
4	洗手池吊柜		长：1500mm 宽：300mm 高：300mm	1.主体： (1) 柜体采用电解镀锌钢板为框架结构，钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$，主体框架另加承重钢板及内衬结构，保证足够的承重强度，低噪音，表面防锈、防酸、防碱、防静电、耐腐蚀，抗老化。 (2) 表面经喷塑处理，可按照临床需求进行调色。 2.铰链开关 (1) 选用 SUS304 抛光不锈钢材质，永不生锈。铰链与柜体面水平角度 $< 15^\circ$ 时，柜门即可自行关闭，阻尼闭合，无碰撞。开启角度大于 110°，附防滑落安全装置。 3.拉手：拉手为欧式氧化铝材质，可提供多种把手颜色作为用户的个性化选择。

注：具体款式：投标单位自行提供彩图供用户选择；产品要具备耐用性、实用性、安全性。

2.投标价格含税金，含免费送货、安装、调试。

3.采购货物质量符合国家相关标准、行业标准、地方

标准或者其他标准、规范（包括但不限于）。

4.采购货物需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

中标人须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

中标人须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，中标人须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

如果中标人在收到通知后3天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由中标人承担。

四、售后服务及培训要求

1.投标人应承诺对柜体自验收合格之日起三包期一年，质保期不少于二年。即产品在正常使用情况下发生质量问题时，投标人应按采购人的要求，负责对产品实行包修、包换、包退；三包期内投标人应负责免费更换易损件、五金件，负责产品的日常维护保养。

2.投标人确保对采购人提出的保修等质量信息，做到2小时内电话响应。

3.投标人确保对采购人提出的保修等质量信息，做到24小时内服务到位，组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行免费保修服务。

4.投标人应明示售后服务中心地址、电话、负责人和

服务组织机构，应设置 24 小时服务热线电话。

5.投标人承诺提供定期巡检服务和三包期满后按优惠价提供易损件。

6.投标人应承诺确保采购人限定的产品供货日期和安装日期。

7.投标人应明确做出柜体正常使用 2 年不开裂，2 年后开裂给予免费修复的服务承诺。

五、交货时间及地点（服务期限）

交货时间：合同签订后 15 个日历日内免费完成所有供货、安装、调试等。

交货地点：北京小汤山医院。

六、验收服务要求

1.全部货物安装完毕，达到使用要求后由招标人组织验收。

2.所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

3.所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

4.所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

5.所供产品结构牢固，无安全隐患。

6.所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。